

SỞ Y TẾ THANH HÓA
BVĐKH HOÀNG HÓA

Số: /CV-BVHH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hoàng Hóa, ngày tháng năm 2025

CÔNG VĂN MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa huyện Hoàng Hóa có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: “Mua máy monitor theo dõi bệnh nhân” phục vụ công tác khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hoàng Hóa với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa huyện Hoàng Hóa
Địa chỉ : Phố Vinh Sơn Thị Trấn Bút Sơn – Huyện Hoàng Hóa - Tỉnh Thanh Hoá
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá
Họ và tên : Nguyễn Văn Đông
Chức vụ : *P. Khoa dược- vật tư, thiết bị y tế*
Email :Phuongdong92004@gmail.com
Số điện thoại: 0336030366
3. Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa huyện Hoàng Hóa. Phố Vinh Sơn, Thị Trấn Bút Sơn – Huyện Hoàng Hóa - Tỉnh Thanh Hoá
 - Nhận bản scan báo giá của các đơn vị thông qua địa chỉ email: phuongdong92004@gmail.com
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 15h00 ngày 27 tháng 06 năm 2025 đến trước 17h00 ngày 03 tháng 07 năm 2025
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 6 tháng, kể từ ngày nhận báo giá.
6. Nội dung yêu cầu báo giá được kê chi tiết theo phụ lục đính kèm
7. Địa điểm tiếp nhận, các yêu cầu về vận chuyển,: Bệnh viện đa khoa huyện Hoàng Hóa, Phố Vinh Sơn Thị Trấn Bút Sơn – Huyện Hoàng Hóa - Tỉnh Thanh Hoá

Rất mong nhận được sự hồi đáp của các Quý đơn vị
Xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như KG
- Lưu VT;

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Xuân Lập

DANH MỤC

(Đính kèm thư mời chào giá số /CV-BVHH ngày 27 tháng 6 năm 2025 của Bệnh viện đa khoa huyện Hoằng Hóa)

TT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng dự kiến
1.	Máy monitor theo dõi bệnh nhân	Màn hình -Màn hình: TFT LCD màu cảm ứng -Kích thước: 12.1” -Độ phân giải: 800 (H) x 600 (V) SVGA -Đường ghi sóng: 06 dạng sóng tiêu chuẩn hoặc (tùy chọn thêm) tối đa 12 dạng sóng. Thông số đo -5 thông số tiêu chuẩn: Điện tâm đồ (ECG), Hô hấp (Respiration), Độ bão hòa Oxy trong máu (SPO2), Huyết áp (NIBP), Nhiệt độ (Temp) -Tùy chọn thêm các thông số: Nhiệt độ kênh thứ 2 (2 x Temp), Huyết áp xâm lấn (IBP), Áp lực khí CO2 cuối kỳ thở ra (ETCO2), Multi Gas, ICO.	Cái	01