

CÔNG VĂN MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi : Quý đơn vị có khả năng cung cấp và sửa chữa thiết bị y tế

Bệnh viện Đa khoa Hoàng Hóa có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: “Máy điện tim 6 kênh có kết nối PACS/HIS qua chuẩn DICOM” tại Bệnh viện Đa khoa Hoàng Hóa với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa Hoàng Hóa

Địa chỉ : Thôn Vinh Sơn – Xã Hoàng Hóa - Tỉnh Thanh Hoá

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá

Họ và tên : Nguyễn Văn Đông

Chức vụ : *P. Khoa dược- vật tư, thiết bị y tế*

Email : Phuongdong92004@gmail.com

Số điện thoại: 0336030366

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Hoàng Hóa. Thôn Vinh Sơn – Xã Hoàng Hóa - Tỉnh Thanh Hoá

- Nhận bản scan báo giá của các đơn vị thông qua địa chỉ email: phuongdong92004@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 10h00 ngày 16 tháng 03 năm 2026 đến trước 17h00 ngày 20 tháng 03 năm 2026

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 6 tháng, kể từ ngày nhận báo giá.

6. Nội dung yêu cầu báo giá được kê chi tiết theo phụ lục đính kèm

7. Địa điểm tiếp nhận, các yêu cầu về vận chuyển,: Bệnh viện đa khoa Hoàng Hóa, Thôn Vinh Sơn – Xã Hoàng Hóa - Tỉnh Thanh Hoá

Rất mong nhận được sự hồi đáp của các Quý đơn vị

Xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như KG

- Lưu VT;

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Xuân Lập

DANH MỤC

(Đính kèm thư mời chào giá số /CV-BVHH ngày tháng 3 năm 2026 của Bệnh viện đa khoa Hoàng Hóa)

STT	Danh mục hàng hóa	Thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
1	Máy điện tim 6 kênh có kết nối PACS/HIS qua chuẩn DICOM	Cấu hình : Đặc tính chung : Máy điện tim 6 kênh ghi, thu nhận 12 đạo trình đồng thời. Hiển thị dạng sóng ECG trên màn hình màu. Có phân tích và diễn giải điện tim tự động. Phát hiện rối loạn nhịp tim và máy tạo nhịp. Màn hình : Màn hình màu TFT/LCD ≥ 7 inch. Hiển thị đồng thời 12 đạo trình ECG. Hệ thống ghi : Tốc độ ghi: 12.5 / 25 / 50 mm/s. Độ nhạy: 2.5 / 5 / 10 / 20 mm/mV. Máy in nhiệt tích hợp 6 kênh. Bộ nhớ : Lưu trữ ≥ 1000 bản ghi ECG. Có thể xuất file PDF / XML / DICOM Kết nối hệ thống : Cổng USB, LAN hoặc WiFi. Hỗ trợ chuẩn DICOM / HL7, Kết nối với HIS / RIS / PACS để lưu trữ và quản lý dữ liệu điện tim. Nguồn điện : AC 100-240V / 50-60Hz. Pin sạc hoạt động $\geq 2 - 4$ giờ	Cái	01